

Изменение № 1 ГОСТ 25242—82 Мосты автоматические уравновешенные цифровые переменного тока. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.87 № 770

Дата введения 01.07.87

По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 22261—76 на ГОСТ 22261—82.

Пункт 1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 22317—77 на ГОСТ 26.004—85, ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.

Пункт 1.9.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8.009—72 на ГОСТ 8.009—84.

Пункт 1.30 изложить в новой редакции: «1.30. Мосты относятся к восстанавливаемым изделиям группы II, вида 1 по ГОСТ 27.003—83.

Средняя наработка на отказ для рабочих условий применения должна быть не менее 7000 ч.

Полный средний срок службы мостов должен быть не менее 8 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния мостов должно быть не более 48 ч.

Установленная безотказная наработка мостов для рабочих условий применения должна быть не менее 700 ч.

Полный установленный срок службы мостов для рабочих условий применения должен быть не менее 3 лет.

Установленный срок сохраняемости в условиях хранения на период до ввода мостов в эксплуатацию должен быть 6 мес».

(Продолжение см. с. 244)

Пункты 1.30.1 — 1.30.4 исключить.

Пункт 1.31.2. Заменить ссылку: ГОСТ 8.042—72 на ГОСТ 8.042—83.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Порядок проведения испытаний мостов на надежность и параметры, по которым определяют отказы, должны быть установлены в технических условиях на мосты конкретного вида.

План контроля показателей надежности — по ГОСТ 27.410—83.

Комплектование выборки — по ГОСТ 18321—73.

Допускается комплектование выборки производить из мостов, принятых за базовую модификацию.

Число изделий, по которым подтверждают срок службы, должно быть установлено в технических условиях на мосты конкретного вида.

Число мостов, используемых для контроля установленных показателей надежности, должно быть не менее пяти».

Пункты 3.3, 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8.294—78 на ГОСТ 8.294—85.

Пункт 3.20 изложить в новой редакции: «3.20. Методика испытаний мостов на безотказность и ремонтпригодность и режимы, при которых проводят испытания, должны быть установлены в технических условиях на мосты конкретного вида.

Срок службы подтверждают результатами анализа подконтрольной эксплуатации мостов по ГОСТ 27.502—83».

Пункт 3.21 исключить.

(ИУС № 6 1987 г.)