

Изменение № 1 ГОСТ 22967—90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний

Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол заседания № 3 от 17.02.93)

Дата введения 01.11.93

Пункт 1.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «с присоединительным конусом 10:100 (Рекорд) по заказу потребителя»;

исключить сноску: «* До 01.01.93».

Пункт 1.7. Таблица 1. Графа «Номинальный объем, см³». Заменить значения: 1 на 1* (2 раза); 2 на 2*;

таблицу 1 дополнить сноской: «* Размер G, min 10 мм».

Пункт 2.4 после слов «подобных материалов» дополнить словами: «разрешенных Минздравом к применению»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Марку силиконовой резны следует указывать в технических условиях на конкретные шприцы».

Пункт 2.29 дополнить примечанием: «Примечание. Требование вводится с 01.07.95».

Пункт 3.7. Исключить слова: «ЛП1—4 по ГОСТ 25706».

Пункт 3.13 изложить в новой редакции: «3.13. Параметры шероховатости (п. 2.22) следует проверять контактными профилометрами по ГОСТ 19300 или сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378».

Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 20292 на ГОСТ 29227.

(ИУС № 1 1994 г.)