

Изменение № 1 ГОСТ 10898.1—84 Иониты. Методы определения влаги

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.06.89 № 1502

Дата введения 01.01.90

Раздел 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Электрошкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру от 50 до 200 °С, с погрешностью регулирования температуры не более 5 °С».

Раздел 2 дополнить абзацем: «Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104—88 с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г или другие аналогичного типа».

(Продолжение см. с.198)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10898.1—84)

Пункт 3.1. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака».

Пункт 4.1. Первый абзац до слова «Стаканчик» изложить в новой редакции: «(3,5±0,5) г нонита взвешивают в стаканчике для взвешивания, как указано в п. 3.1, результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака»;

второй абзац. Заменить слова: «не будут превышать» на «будут менее».

Пункты 5.1 (последний абзац), 5.2 (второй абзац). Заменить слово: «относительно» на «от» (3 раза).

(ИУС № 9 1989 г.)