

Изменение № 2 ГОСТ 2053—77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.89 № 2506

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «реактив —»;
второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Норма». Показатель 1. Заменить значения: 99 на 97, 98 на 94;

(Продолжение см. с. 228)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2053—77)

примечание. Исключить слова: «Допускается до 01.01.90 изготовление продукта с массовой долей 9-водного сернистого натрия, не менее: для препарата ч.д.а. — 97 %, для препарата ч.— 94 % (первая категория качества)».

Пункт 3.1а. Второй абзац изложить в новой редакции: «При взвешивании применяют лабораторные весы 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг, и 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 1 кг с ценой деления 10 мг или 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 1 мг».

Пункт 3.2.1. Третий абзац дополнить словами: «готовят по ГОСТ 4517—87»; четвертый абзац дополнить словами: «готовят по ГОСТ 4919 1—77».

Пункт 3.4.1. Третий абзац дополнить словами: «готовят по ГОСТ 4919.1—77».

(ИУС № 12 1989 г.)